

ПРОТОКОЛ

От дейността на комисия, назначена със Заповед №18/29.05.2015г. на Управителя на „МБАЛ-Свиленград“ЕООД за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за доставка с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на стрес-тест система за нуждите на Вътрешно отделение на „МБАЛ-Свиленград“ЕООД”

Комисия в състав:

Председател: д-р Анна Димитрова Сюлеменчева-Стоянова – Началник ВО в “МБАЛ Свиленград“ ЕООД

Членове: 1.Таня Димитрова - Главен счетоводител

2.Елена Еленкова- Счетоводител

започна работа на 12.06.2015г. в 11:00 часа в стаята на главния счетоводител, след получаване на списъка с участниците и пликовете с представените оферти.

До крайния срок за подаване на оферти е постъпила една оферта от:

1. **”МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД** със седалище и адрес на управление: гр.София, жк. Младост 1 бл. 28Б , **ЕИК:831641528**, представлявано от **Неда Савова** – пълномощник на управителя инж. Йонка Гетова-Христанова по пълномощно №140/04.06.2015г. с нот.рег. № 2791/04.06.2015г. на нотариус Камен Каменов, с рег. №201, с подадена оферта вх. №1/09.06.2015г. в 12:20ч.

Председателят и членовете на комисията попълниха и подписаха саморъчно декларация по чл.35, ал.3 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 35, ал.1 и 2 от ЗОП.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците и на средствата за масово осведомяване.

I. Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с офертите по реда на тяхното постъпване:

1. **”МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД** със седалище и адрес на управление: гр.София, жк. Младост 1 бл. 28Б , **ЕИК:831641528**, представлявано от **Неда Савова** – пълномощник на управителя инж. Йонка Гетова-Христанова по пълномощно №140/04.06.2015г. с нот.рег. № 2791/04.06.2015г. на нотариус Камен Каменов, с рег. №201, с подадена оферта вх. №1/09.06.2015г. в 12:20ч.

След отваряне на плика с офертата комисията констатира, че офертата на участника съответства с предварително обявените от възложителя условия.

Техническото предложение на участника отговаря на предварително обявените условия и има следното съдържание:

- **Стрес-тест система на фирма Shiller - Швейцария, състояща се от: ЕКГ апарат Cardiovit AT-10 plus, Велоергометър ERG-911BP plus и Вакуумна електродна система Decarus.**

1. Предлагащата от **”МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД стрес-тест система** има следните технически параметри и характеристики, съответстващи на изискванията на възложителя, описани в сравнителна таблица по-долу:

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА

Техническа спецификация на възложителя	Конкретно предложение на участника	Номера и страници от каталога, проспекта или брошурата
Стрес - тест система	Стрес - тест система	
А. 12-канален електрокардиограф	А. 12-канален електрокардиограф - модел АТ-10 plus, фирма Shiller - Швейцария	
1. 12-канален електрокардиограф /запис на 12-те стандартни отвеждания в различни формати на регистрираща хартия формат А4/.	1. 12-канален електрокардиограф /запис на 12-те стандартни отвеждания в различни формати на регистрираща хартия формат А4/.	Да - Кат. №3 стр.69 Кат. №2 стр.2 Кат. №1 стр.3
2. Лаптоп дизайн на апарата	2. Лаптоп дизайн на апарата	Да - Кат. №1 стр.1 снимка
3. Мрежово и акумулаторно хранване	3. Мрежово и акумулаторно хранване	Да - Кат. №2 стр. 2
4. Минимум 100 ЕКГ записа или 4.5 часа мониторинг при работа на акумулатори	4. 100 ЕКГ записа или 4.5 часа мониторинг при работа на акумулатори	Да - Кат. №2 стр.2
5. Честота на дискретизация на ЕКГ сигнала минимум 4000 отчета/секунда/канал	5. Честота на дискретизация на ЕКГ сигнала 4000 отчета/секунда/канал	Да - Кат. №2 стр.2
6. Честотна лента 0.05-150 Hz.	6. Честотна лента 0-150 Hz	Да - Кат. №2 стр.2
7. Осветен цветен дисплей с диагонал минимум 10" и разрешаваща способност минимум 800 x 600 точки.	7. Осветен цветен дисплей с диагонал 10,4" и разрешаваща способност 800 x 600 точки.	Да - Кат. №2 стр.2
8. Възможност за различни настройки на дисплея 3х4, 2х6, 1х12 отвеждания.	8. Възможност за различни настройки на дисплея 3х4, 2х6, 1х12 отвеждания.	Да - Кат. №2 стр.2
9. Инсталиран стрес-тест софтуер за управление на велоергометър или бягаща пътека.	9. Инсталиран стрес-тест софтуер за управление на велоергометър или бягаща пътека.	Да - Кат. №1 стр.4 Кат. №2 стр.2 Кат. №4 стр.3
10. Режим на запис - ръчен и автоматичен с измерване параметрите на ЕКГ.	10. Режим на запис - ръчен и автоматичен с измерване параметрите на ЕКГ.	Да - Кат. №3 стр.69 Кат. №3 стр.23
11. Памет за минимум 350 ЕКГ записа в покой	11 . Памет за 350 ЕКГ записа в покой	Да - Кат. №2 стр.2
12. Буквено-цифрова клавиатура, защитена от пръски и прах	12. Буквено-цифрова клавиатура, защитена от пръски и прах	Да - Кат. №2 стр.2
13. Чувствителност на запис - 5, 10, 20 и 40 mm/mV	13. Чувствителност на запис - 5, 10, 20 и 40 mm/mV	Да - Кат. №2 стр.2
14. Скорост на запис - 5, 12.5, 25 и 50 mm/s	14. Скорост на запис - 5, 12.5, 25 и 50 mm/s	Да - Кат. №2 стр.2

15. Инсталиран изход за връзка с допълнителен монитор.	15. Инсталиран изход за връзка с допълнителен монитор.	Да - Кат. №2 стр.2
16. KS-232 интерфейс	16. KS-232 интерфейс	Да - Кат. №2 стр.2
17. Тегло - под 4.5 кг.	17. Тегло - 4.2 кг.	Да - Кат. №2 стр.2
18. Възможност за включване на баркод скенер за пациентски данни.	18. Възможност за включване на баркод скенер за въвеждане на пациентски данни.	Да - Кат. №2 стр.2
Б. Велоергометър - седящ тип, с вграден модул за измерване на кръвно налягане	Б. Велоергометър - седящ тип, с вграден модул за автоматично измерване на кръвно налягане - модел ERG-911 BP plus, фирма Shiller - Швейцария	Да - Кат. №6 стр.2
19. Натоварване от 20 W до 800 W със стъпка 5W	19. Натоварване от 20 W до 800 W със стъпка 5W	Да - Кат. №6 стр.2 Кат. №7 стр.2
20. Управление на велоергометъра от ЕКГ апарата	20. Управление на велоергометъра от ЕКГ апарата	Да - Кат. №1 стр.4 Кат. №6 стр.2
21 . Максимално тегло на пациента - минимум 150 kg	21 . Максимално тегло на пациента - 160 kg	Да - Кат. №6 стр.2 Кат. №7 стр.2
В. Система за вакуумно закрепване на ЕКГ електродите	В. Система за вакуумно закрепване на ЕКГ електродите- модел Decarus, фирма фирма Shiller - Швейцария	
22. Вакуумна помпа с мрежово захранване 220 V	22. Вакуумна помпа с мрежово захранване 220 V	Да - Кат. №9 стр.2
23. Кабелно рамо и 10 броя вакуумни електроди, свързани с помпата.	23. Кабелно рамо и 10 броя вакуумни електроди, свързани с помпата.	Да- Кат. №9 стр.1 и 2 снимки
24. Комплект с количка, върху която се поставят системата и електрокардиографа	24. Комплект с количка, върху ююто се поставят системата и електрокардиографа	Да - Кат. №9 стр.2
Възможност за бъдещо надграждане с:	Възможност за бъдещо надграждане с:	
- Опция Спирометрия	- Опция Спирометрия	Да - Кат. №1 стр.5
- Интерпретиращ софтуер за ЕКГ в покой	- Интерпретиращ софтуер за ЕКГ в покой	Да - Кат. №4 стр.3
- Софтуер за препоръка на тромболиза	- Софтуер за препоръка на тромболиза	Да - Кат. №4 стр.3
- Софтуер за идентификация на мястото на обструкция на коронарните артерии	- Софтуер за идентификация на мястото на обструкция на коронарните артерии	Да - Кат. №4 стр.3
- Софтуер Вариабилност на сърдечната честота	- Софтуер Вариабилност на сърдечната честота	Да - Кат. №4 стр.3
- Софтуер Усреднено ЕКГ с висока резолюция SAECG (Късни Потенциали)	- Софтуер Усреднено ЕКГ с висока резолюция SAECG (Късни Потенциали)	Да - Кат. №4 стр.3

Комплектност на доставката:

- 12-канален електрокардиограф Cardiovit AT-10 plus с инсталиран стрес-тест софтуер - 1 бр.
- 10-изведен ЕКГ пациентен кабел с накрайници тип клипс - 1 бр.
- колан за ергометрия
- захранващ шнур - 1 бр.
- ръководство за работа - 1 бр.
- регистрираща хартия - 1 бр.
- еднократни ЕКГ електроди - 25 бр.
- велоергометър ERG-911BP plus
- маншета за измерване на кръвно налягане
- кабел за връзка на велоергометъра с електрокардиографа
- вакуумна електродна система Весариз
- количка за системата и електрокардиографа

2. Срокът за изпълнение на доставката, предмет на обществената поръчка е 90 /деветдесет/ календарни дни / в срок не по-дълъг от 90 /деветдесет/ календарни дни/ след сключването на договора.

3. Предлагащата от „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД стрес-тест система има следният гаранционен срок, включващ и профилактика на апаратурата : 12 месеца

4. Предлагаат гаранционно обслужване на доставената от тях стрес-тест система при следните условия:

На гаранционно обслужване подлежат всички повреди, които са възникнали в рамките на гаранционния срок при професионално и добросъвестно използване на апаратурата от квалифициран персонал на болницата, технически обучен от Изпълнителя за работа с апаратурата.

5. Срокове за констатиране и отстраняване на гаранционни дефекти/повреди и/или отклонения

Време за реакция и срок за констатиране на гаранционна повреда - до 24 часа в работен ден или до 24 часа считано от първия работен ден, следващ празничния ден.

Време за отстраняване на гаранционна повреда - не повече от 120 часа, ако не е необходимо внасяне на резервна част и до 20 дни ако се налага внос на резервни части.

6. Приемат да се считат обвързани от задълженията и условията, поети с офертата си до изтичане на 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Гарантират, че са в състояние да изпълнят качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Ценовото предложение на участника отговаря на предварително обявените условия и участника е направил следното предложение:

1. Общата цена : 32400.00 лв. (тридесет и две хиляди и четиристотин лв.) без ДДС и 38 880.00 лв. (тридесет и осем хиляди осемстотин и осемдесет лв.) с начислен ДДС, формирана по следния начин:

Единични цени без ДДС на отделните компоненти на системата:

- 12-канален електрокардиограф Cardiovit AT-10 plus: 15 800.00 лв.
- Велоергометър ERG-911BP plus: 11 500.00 лв.

- Вакуумна електродна система Decarus, комплект с количка: 5 100.00 лв.

Предлаганата от „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД цена е формирана до краен получател и включва всички разходи за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация.

II . Отстранени участници – няма

III. Оценяване и класиране на офертите на допуснатите участници.

1 Комисията класира на **първо място** участника **”МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД** със седалище и адрес на управление: гр.София, жк. Младост 1 бл. 28Б , **ЕИК:831641528**, представлявано от **Неда Савова** – пълномощник на управителя инж. Йонка Гетова-Христанова по пълномощно №140/04.06.2015г. с нот.рег. № 2791/04.06.2015г. на нотариус Камен Каменов, с рег. №201, с подадена оферта вх. №1/09.06.2015г. в 12:20ч. с предложена **Обща цена : 32400.00 лв.** (тридесет и две хиляди и четиристотин лв.) без ДДС и **38 880.00 лв.** (тридесет и осем хиляди осемстотин и осемдесет лв.) с начислен ДДС.

Настоящият протокол, е съставен на 12.06.2015 г. и членовете на комисията го представят в едно с цялата документация на Управителят на „МБАЛ-Свиленград”ЕООД, като му предлагат в качеството на Възложител да сключи договор за изпълнение на основание чл.101д с единствения участник подал оферта и същата е в съответствие с техническата спецификация.

Председател:.....
/ д-р Анна Димитрова Сюлеменчева-Стойнова – Началник ВО /

Членове:
1.....
/ Таня Димитрова - Главен счетоводител /

2.....
/ Елена Еленкова- Счетоводител /

УТВЪРДИЛ:.....
/Д-р Димитър Ермов- Управител на „МБАЛ-Свиленград”ЕООД/

15.06.....2015 г.
/дата на получаване на протокола/

