

ПРОТОКОЛ
№2
За разглеждане на техническите предложения

Комисия назначена със заповед №34/08.09.2016г. на Управителят на „МБАЛ-Свиленград“ ЕООД за провеждане на открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: *„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура-специализирана система за съвременна ултразвукова диагностика предназначена за кардиологичен сектор във Вътрешно отделение на „МБАЛ-Свиленград“ ЕООД*”, открита с Решение №28/01.08.2016г. публикувано в РОП на 03.08.2016г.

Председател: Д-р Анна Сюлеменчева – завеждащ мед. отдел - Вътрешно отделение в “МБАЛ Свиленград” ЕООД;

Членове: 1. Всеядана Венкова Овчарова- юрист /адвокат/;

2. Таня Димитрова- гл. счетоводител в “МБАЛ-Свиленград“ ЕООД

на 10.09.2016г. в 10.00 часа се проведе закрито заседание в заседателната зала на на “МБАЛ-Свиленград“ ЕООД за разглеждане на техническото предложение на участника „С&Т България“ ЕООД, на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП и проверка за тяхното съответствие с предварително обявените условия.

При разглеждане и оценка на техническото предложение на участника комисията установи следното:

Участникът е представил следните документи, съдържащи се в техническото му предложение, а именно:

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ ППЗОП - по образец №3

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по чл.39 ал.3 т.1 буква „в“ по Образец №4 от Васил Младенов Минев-в качеството си на управител.

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по чл.39 ал.3 т.1 буква „в“ по Образец №4 от Злати Стойчев Петров-в качеството си на управител.

- Декларация за срока на валидност на офертата по чл.39, ал.3, т.1 буква „г“ ППЗОП – по образец №5 от управителя Васил Младенов Минев.

- Декларация за срока на валидност на офертата по чл.39, ал.3, т.1 буква „г“ ППЗОП – по образец №5 от управителя Злати Стойчев Петров

- **Декларация**, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ ППЗОП по образец от управителя Васил Младенов Минев

- **Декларация**, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ ППЗОП по образец от управителя Злати Стойчев Петров,

- **Доказателства** за извършените доставки по чл. 64, ал. 1, т. 2 ЗОП, във връзка с чл. 67, ал. 5 ЗОП – Референция от „Български фонд за жените“-заверено копие, Референция от „Ивалдеор“ ЕООД- заверено копие и Удостоверение от Университетска Болница „Лозенец“- заверено копие.
- Декларация за посочване на конкретен уеб адрес в който е публикувана информация за извършените доставки от управителите Васил Младенов Минев и Злати Стойчев Петров.
- Декларация по чл. 101, ал.11, във връзка с чл.107,т.4 ЗОП за липса на свързаност с друг участник от Васил Младенов Минев-в качеството си на управител.
- Декларация по чл. 101, ал.11, във връзка с чл.107,т.4 ЗОП за липса на свързаност с друг участник от Злати Стойчев Петров-в качеството си на управител.
- Декларация за конфиденциалност по чл.102 ал.1 и ал.2 от ЗОП от Васил Младенов Минев-в качеството си на управител.
- Декларация за конфиденциалност по чл.102 ал.1 и ал.2 от ЗОП от Злати Стойчев Петров-в качеството си на управител.
- Оригинален каталог на английски език придружен с превод от английски на български език, подписан и подпечатан на всяка страница от производителя и участника. С лепящи показатели, излизаци извън страниците, са отбелязани само тези, на които се съдържа информация за оферирания апарат, съответстваща на работните характеристики и функционалните изисквания на възложителя. На самия индекс е отбелязан номерът на изискването, което се съдържа на страницата. На самата страница, е отбелязано чрез оцветяване характеристиката на апарата, за която се отнася номерът на самия лепящ показател или индекс.
- Декларация от производителя, съдържаща допълнителна техническа информация относно предлагания апарат в това число че апарата е нов, не рециклирани не употребяван, не демонстрационен и произведен след 01.05.2016г.- оригинал на английски език придружено с лицензиран превод на български език.
- Разрешение за търговия на едро с медицински изделия с Рег.№IV-P-T/МИ-418/30.09.2008г. ведно с Приложение към разрешение за търговия на едро с медицински изделия и Разрешение за промяна №IV-П-т/МИ-847/13.06.2012г.- заверени копие.
- Оторизационно писмо, издадено от производителя на съответната медицинска апаратура на името на участника, удостоверяващо, че участникът е оторизиран за продажба, сервиз и гаранционно обслужване на оферирания апаратура на територията на страната-оригинал на английски език придружено с лицензиран превод на български език.
- Документ оказващ представителната власт на европейския представляващ на производителя оригинал на английски език придружено с лицензиран превод на български език.
- Сертификат за внедрена от акредитиран орган система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 на името на участника-заверено копие.
- Сертификати за управление на качество съгласно ISO 9001:2008 и ISO 13485:2003 на името на производителя на предлаганата апаратура и на Европейския представляващ-заверено копие на английски език придружено с лицензиран превод на български език.

- Декларация за съответствие на предлаганото медицинско изделие по чл.14 ал.2 от ЗМИ, съставена от производителя на предлагания апарат -заверено копие на английски език придружено с лицензиран превод на български език.
- Декларация за наличие на сервизна база, в която ще се осъществява гаранционно сервизно обслужване на стоките предмет на обществената поръчка- подписан от двамата управители на дружеството.

1.Предложение за изпълнение на поръчката:

Доставка на апарат модел: Affiniti 70 , производител: Philips Ultrasound Inc., Bothell, USA с технически параметри отговарящи на изискванията на техническата спецификация на възложителя относно работни характеристики и функционални изисквания.

- Участникът предлага нов, nereциклиран и неупотребяван, недемонстрационен, произведен след 01.05.2016г.
- Срок на доставка до 90 календарни дни след получаване на писмена заявка от „МБАЛ Свиленград“ ЕООД за доставка след сключване на договор за изпълнение.
- Гаранционен срок за фабрични/ производствени дефекти на апарата 12(дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на протокол за въвеждане в експлоатация.
- При необходимост от извършване на гаранционен ремонт, същият ще се осъществява в срок до 3 (три) работни дни, считано от деня на подадена от възложителя.
- При необходимост от доставка на резервна част, неналична на територията на Република България, срокът на доставка на частта и извършване на ремонта ще бъде до 15(петнадесет) работни дни, считано от датата на подписване на двустранен констативен протокол с описване в него на повредата и необходимите за ремонта части.

Комисията констатира, че техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката.

Комисията оцени техническото предложение по утвърдената методика, както следва:

Показател 2 – Технически характеристики на оборудването

Максималният брой точки е 50.

Всяка оферта получава съответният брой точки **П2n**, като сума на получените точки при оценяване техническите характеристики на предложеното оборудване на дадения участник:

$$\text{П2n} = T_1 + T_2 + T_3 + T_4 + T_5$$

Участникът „С&Т България“ ЕООД е направил предложения по технически показатели подлежащи на оценка , както следва:

T₁. Темпорална резолюция (съгласно точка 2.1): 1900 кадъра по висока от 1700 кадъра в секунда - получават 10 точки.

T₂. Възможности за разширяване функционалността на апарата: Апарата притежава възможност за надграждане със специализиран софтуери със следните възможности:- **ДА**

- Автоматична оценка на Лявокамерна Функция – Фракция на изтласкване, Обеми; Базирана на Speckle Tracking технология; Автоматично разпознаване на анатомията и автоматично изчертаване на зоната на интерес-„a2DQ”;

- Автоматична оценка на отместване на митралните анули; Базирана на Speckle Tracking технология- „a2DQ”-„TMAТ workflow”;
- Автоматична оценка на Лява Камера; Оценка на Глобална Функция, Регионално движение на стените, деформация и тайминг; Базирана на Speckle Tracking технология; Лонгитудинална Тъкнна Деформация и Степен на Тъкнна Деформация; Циркумферентна Тъкнна Деформация и Степен на Тъкнна Деформация; Глобална Ротация; Изобразяване на 17 сегментна диаграма тип Биволско Око; Изобразяване на Скоростни Вектори; Изобразяване на Тъкнна Деформация и Степен на Тъкнна Деформация с цветно кодиране- “aCMQ”;
- Оценка на Тъкнна Деформация и Степен на Тъкнна Деформация на свободно избираеми точки; Базирана на Speckle Tracking технология-“aCMQ”-“User Defined workflow”;
- Оценка на Тъкнна Деформация и Степен на Тъкнна Деформация на база Тъкнен Доплер; Очертаване на до 4 М-Линии; Алгоритъм за компенсация на движение-“SQ”;
- Автоматично измерване на Интима-медия”IMT”;

Получава 10 точки.

Т3. Консумация на енергия (съгласно точка 2.3): Предложения апарат е с максимална консумация на електрическа енергия по-малка от **289 VA**, при изискване по-малка от 330 VA -получава **10** точки.

Т4. Процесорни канали (съгласно точка 2.2): Предложения апарат притежава **4 718 592** процесорни канала, което е повече от минимум изискваните 4 500 000 процесорни канала за обработка на ултразвуковия сигнал- получава **10** точки.

Т5. Технологии подобряващи качеството на образа: Предложения апарат поддържа образни кардиологични трансдюсери с кристална матрица изградена от единичен кристал – Да „PureWave” – получава **10** точки.

Комисията оцени участникът „С&Т България” ЕООД по техническото предложение , което е показател в комплексната оценка както следва:

Показател 2 – Технически характеристики на оборудването $P2n = T_1 + T_2 + T_3 + T_4 + T_5$

$P2n = 10+10+10+10+10=50$ точки.

Предвид изложеното , комисията единодушно реши:

Допуска участникът „С&Т България” ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата.

С разглеждане и оценка на техническите предложения на участниците приключи настоящето заседание на комисията.

Председателят на комисията предложи и членовете приеха следващото заседание на комисията да се проведе на 14.09.2016г. от 10.00 часа за отваряне на ценовата оферта на допуснатият участник.

Протоколът е изготвен и подписан на 10.09.2016г.

Председател: Д-р Анна Сюлеменчева.....
– завеждащ мед. отдел - Вътрешно отделение в “МБАЛ Свиленград” ЕООД;

Членове: 1.Всевдана Венкова Овчарова.....
- юрист /адвокат/;

2.Таня Димитрова.....
- гл.счетоводител в “МБАЛ-Свиленград” ЕООД